



PREFEITURA DE
**AUGUSTO
CORRÊA**
Governo do Trabalho

SEMSA
Secretaria Municipal de Saúde

Ofício nº 122/2021.

Augusto Corrêa, 27 de Outubro 2021.

Ao Senhor
Rodrigo Rafael Araújo
Secretário de Administração e Finanças

Assunto: Solicitação

Contratação de empresa para aquisição de Equipamento/Material Permanente conforme a emenda parlamentar nº 33390006 proposta nº 12381. 567000/1210-09 do Ministério da Saúde, para atender Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Corrêa/PA.

Segue em anexo.

Atenciosamente,

Paula Diemy Sousa de Oliveira
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DECRETO Nº 141/2021

Paula Diemy Sousa de Oliveira
Secretaria Municipal de Saúde
Decreto nº 141/2021

ESTADO DO PARA
Prefeitura Mun. de Augusto Corrêa
Secretaria de Admin/ Finanças
SERVIÇO DE PROTOCOLO
RECEBI
EM. 27.10.21
HORÁRIO. 10:02
Responsável

*Encaminhar
para Contratos
01/11/21*

| | |
|--------------------------------|---|
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº. DA PROPOSTA: 12381.567000/1210-09 |
|--------------------------------|---|

| | | | |
|--|---|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE | | | |
| CNPJ 12.381.567/0001-34 | NOME DO FUNDO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| Endereço Completo MAGALHAES BARATA NAZARE | EA MUNICIPAL | Tipo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CEP 68.610-000 | UF PA | Município AUGUSTO CORREA | |

| |
|--|
| TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA |
| Recurso de Emenda Parlamentar ds_objeto:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 33390006 - R\$ 146.165,00 - HÉLIO LEITE |

| | | | |
|--|---|---------|--|
| DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S) | | | |
| Nome: | CENTRO DE ESPECIALIDADES DE SAUDE DE AUGUSTO CORREA | | |
| Tipo Unidade: | CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE | | |
| CNPJ: | CNES: | 2674793 | |
| Endereço: | PRACA SAO MIGUEL - SAO MIGUEL, CEP:68610000 | | |

| |
|--|
| OBJETO DA PROPOSTA |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |

| | | | |
|--|---|--------------|---------|
| JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA | | | |
| UNIDADE ASSISTIDA: | CENTRO DE ESPECIALIDADES DE SAUDE DE AUGUSTO CORREA | CNES: | 2674793 |
| INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA. | | | |
| ADSCRITO | | | |
| INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR. | | | |
| AMPLIAÇÃO DO ACESSO POR DEMANDA REPRIMIDA | | | |
| INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADSCRITOS. | | | |
| A PREFEITURA MUNICIPAL NÃO DISPÕE DE RECURSOS FINANCEIROS SUFICIENTES PARA AQUISIÇÃO DE UMA NOVA ULTRASSOM PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA QUE O MUNICÍPIO POSSUI, APESAR DE TODOS OS ESFORÇOS PARA UM ATENDIMENTO MAIS HUMANIZADO DA POPULAÇÃO AUGUSTO CORREENSE. DESTA FORMA, A PRESENTE DEMANDA SE FAZ NECESSÁRIO A FIM DE ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MUNICIPAL REGISTRADA NO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, VISANDO GARANTIR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MUNICÍPIO. SALIENTAMOS QUE O MUNICÍPIO ATENDE MENSALMENTE EM MÉDIA 350 USUÁRIOS COM NECESSIDADE DO REFERIDO EQUIPAMENTO E A PROGRAMAÇÃO NECESSÁRIA CONFORME SERIA DE UM ATENDIMENTO MENSAL DE 600 PACIENTES. A UNIDADE CONTA COM DIVERSOS PROFISSIONAIS ESPECIALISTAS, TAL COMO, MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA, MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA, MEDICO UROLOGISTA, MEDICO GASTROENTEROLOGISTA ENTRE OUTROS. | | | |
| INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA. | | | |
| 46.471 | | | |
| INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO. | | | |
| 132.452 | | | |
| EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO? | | | |
| EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE | | | |
| INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA. | | | |
| SIM | | | |

| | | | |
|---|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE | | | |
| UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO DE ESPECIALIDADES DE SAUDE DE AUGUSTO CORREA | | | |
| Ambiente: Ultrassonografia | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | 1 | 146.165,00 | 146.165,00 |
| Característica Física | Especificação | | |
| ESPECIFICAR | SIM | | |

Especificação Técnica

Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD ou LED com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 490 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD ou SSD interno de no mínimo 500 GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting). Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI (Padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive. Impressão direta. Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2.0 a 5.0 MHz; Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4.0 a 9.0 MHz; Transdutor Linear que atenda as frequências de 4.0 a 11 MHz; Transdutor Setorial adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0 MHz. Acessórios: Impressora a laser colorida, no break compatível com o equipamento. Tensão de acordo com a entidade solicitante.

| Total | Qtd. Total | Valor Total (R\$) |
|-------|------------|-------------------|
| | 1 | 146.165,00 |

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS

| QTD. TOTAL | VALOR TOTAL (R\$) |
|------------|-------------------|
| 1 | 146.165,00 |

DADOS BANCÁRIOS

| CÓDIGO | BANCO |
|---|----------------------|
| 001 | BANCO DO BRASIL S.A. |
| AGÊNCIA | NOME |
| 01480X | AUGUSTO CORREA |
| ENDEREÇO | |
| AV.JOAO BATISTA MONTEIRO, 306 CENTRO CEP:68.610-000 | |